

## **Ενδεικτικές απαντήσεις**

### **2.1**

Ο χώρος που βρίσκεται το χειριστήριο πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να είναι κατάλληλα θωρακισμένος
- Να βρίσκεται σε λειτουργική θέση, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο χώρο ακτινογράφησης.
- Να εξασφαλίζεται άνετη οπτική και ακουστική επαφή εξεταστή - εξεταζόμενου.
- Να διαθέτει ειδικό παράθυρο, το οποίο καλύπτεται από μολυβδύαλο.

### **2.2**

Κατά τη διάρκεια των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων το προσωπικό πρέπει να παραμένει πίσω από τα προστατευτικά πετάσματα ή θώρακες. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να φοράει προστατευτική ποδιά 0,25 mm ισοδύναμου πάχους μολύβδου τουλάχιστον.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη εξέταση περισσότερων του ενός ασθενών μέσα στον ίδιο ακτινοδιαγνωστικό θάλαμο.