

Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

- α) Το φορητό ακτινογραφικό μηχάνημα χρησιμοποιείται για την ακτινογράφιση ασθενών στο χειρουργείο, σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ή στο θάλαμο νοσηλείας, όταν για κλινικούς λόγους δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί ο νοσηλευόμενος από το κρεβάτι του.
- β) Το φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C - ARM) χρησιμοποιείται κυρίως στο χειρουργείο σε συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις από γιατρούς καρδιολογίας, ορθοπαιδικής, χειρουργικής και ουρολογίας.

2.2

- α) Η επιφάνειά τους είναι από ακτινοδιαπερατό υλικό και φέρουν από την κάτω πλευρά ηλεκτροκίνητο αντισκεδαστικό διάφραγμα.
- β) Στην είσοδο κάθε ακτινολογικού θαλάμου, πάνω από την πόρτα, πρέπει να υπάρχει έντονη φωτεινή ένδειξη –κόκκινη ηλεκτρική λάμπα, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που γίνεται χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο θάλαμο.